

SW	Time	Block Flag	F odp m³/h	prah SICK				prah ENVEA				T odp °C	P odp mbar	Remark
				mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA			
S01	00:30		493544	0.8	0.19	15	0.0	0.6	0.16	15	0.0	48	938	
S02	01:00		371259	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	40	938	
S03	01:30		364979	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	37	938	
S04	02:00		352929	0.3	0.06	15	0.0	1.1	0.19	15	0.0	35	938	
S05	02:30		348243	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	36	937	
S06	03:00		462812	0.6	0.13	15	0.0	0.8	0.18	15	0.0	41	937	
S07	03:30		504417	0.8	0.21	15	0.0	0.8	0.19	15	0.0	51	937	
S08	04:00		393308	0.6	0.13	15	0.0	1.1	0.22	15	0.0	43	937	
S09	04:30		436662	0.6	0.14	15	0.0	1.0	0.21	15	0.0	48	937	
S10	05:00		447223	0.7	0.15	15	0.0	0.6	0.14	15	0.0	59	937	
S11	05:30		467922	0.6	0.14	15	0.0	0.6	0.15	15	0.0	51	936	
S12	06:00		407035	0.6	0.11	15	0.0	1.0	0.20	15	0.0	40	936	
S13	06:30		447721	0.8	0.19	15	0.0	1.1	0.24	15	0.0	57	936	
S14	07:00		463926	0.7	0.17	15	0.0	0.6	0.13	15	0.0	54	936	
S15	07:30		444469	0.6	0.12	15	0.0	0.7	0.16	15	0.0	48	936	
S16	08:00		457496	0.7	0.16	15	0.0	0.7	0.15	15	0.0	57	936	
S17	08:30		492137	1.0	0.24	15	0.0	3.5 R	0.85	15	0.0	52	936	
S18	09:00		466049	0.9	0.20	15	0.0	0.6	0.14	15	0.0	53	937	
S19	09:30		438893	0.7	0.16	15	0.0	0.9	0.19	15	0.0	64 R	936	
S20	10:00		489571	1.0 R	0.25	15	0.0	0.6	0.15	15	0.0	58	936	
S21	10:30		454476	1.3 R	0.29	15	0.0	4.6 R	1.05	15	0.1	58	936	
S22	11:00		439891	0.8	0.18	15	0.0	0.6	0.14	15	0.0	64 R	936	
S23	11:30		474942	0.7	0.18	15	0.0	0.8	0.18	15	0.0	56	936	
S24	12:00		423414	0.5	0.10	15	0.0	0.5	0.12	15	0.0	48	936	
S25	12:30		442507	1.2 R	0.27	15	0.0	3.4 R	0.75	15	0.0	63 R	936	
S26	13:00		459464	0.8	0.19	15	0.0	0.7	0.17	15	0.0	68 R	936	
S27	13:30		408263	0.7	0.14	15	0.0	0.5	0.11	15	0.0	56	936	
S28	14:00		454065	0.9	0.20	15	0.0	1.1	0.24	15	0.0	55	937	
S29	14:30		426909	1.0 R	0.22	15	0.0	3.1 R	0.67	15	0.0	69 R	937	
S30	15:00		462687	0.8	0.18	15	0.0	0.8	0.19	15	0.0	62 R	937	
S31	15:30		447862	0.7	0.16	15	0.0	0.5	0.12	15	0.0	58	937	
S32	16:00		442933	0.8	0.18	15	0.0	1.0	0.22	15	0.0	67 R	937	
S33	16:30		451055	0.9	0.21	15	0.0	2.9 R	0.65	15	0.0	56	938	
S34	17:00		429310	0.9	0.18	15	0.0	1.2	0.25	15	0.0	54	938	
S35	17:30		448385	0.9	0.20	15	0.0	0.7	0.16	15	0.0	70 R	938	
S36	18:00		485852	1.1 R	0.26	15	0.0	1.3	0.31	15	0.0	61 R	938	
S37	18:30		412786	1.0	0.20	15	0.0	2.8 R	0.58	15	0.0	52	939	
S38	19:00		448802	1.0	0.22	15	0.0	0.7	0.16	15	0.0	66 R	940	
S39	19:30		498244	1.2 R	0.31	15	0.0	0.8	0.21	15	0.0	63 R	940	
S40	20:00		469556	0.8	0.20	15	0.0	1.3	0.31	15	0.0	62 R	941	
S41	20:30		488711	1.2 R	0.28	15	0.0	3.7 R	0.91	15	0.0	63 R	942	
S42	21:00		404162	0.8	0.16	15	0.0	0.6	0.13	15	0.0	58	942	
S43	21:30		347959	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	50	943	
S44	22:00		381152	0.5	0.08	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	47	944	
S45	22:30		365475	0.3	0.06	15	0.0	0.9	0.16	15	0.0	45	945	
S46	23:00		380057	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	44	945	
S47	23:30		371479	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	46	945	
S48	24:00		377681	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	45	945	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	434306	0.7	7.74	5	0.0	1.1	11.86	5	0.0	54	938	
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			347959	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	35	936	
Time			21:30	02:30	02:30	00:30	00:30	01:00	01:00	00:30	00:30	02:00	07:30	
HAV Max (steady state)			504417	1.3	0.31	15	0.0	4.6	1.05	15	0.1	70	945	
Time			03:30	10:30	19:30	00:30	00:30	10:30	10:30	00:30	10:30	17:30	24:00	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
 Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitelj, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+C1), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+C1), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.