

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp		
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C		mbar
S01	00:30		638450	330	105.33	----	----	0	0.6	0.21	15	0.0	3.1	0.99	50	0.0	56	968	
S02	01:00		635002	495 R	157.20	----	----	0	0.7	0.21	15	0.0	2.7	0.86	50	0.0	60	968	
S03	01:30		631900	232	73.41	----	----	0	0.6	0.20	15	0.0	3.2	1.00	50	0.0	59	968	
S04	02:00		627438	540 R	169.25	----	----	0	0.6	0.20	15	0.0	2.4	0.77	50	0.0	58	968	
S05	02:30		620468	209	64.77	----	----	0	0.7	0.20	15	0.0	1.9	0.60	50	0.0	59	968	
S06	03:00		630910	95	29.93	----	----	0	0.6	0.19	15	0.0	4.0	1.26	50	0.0	48	969	
S07	03:30		630971	397 R	125.33	----	----	0	0.6	0.20	15	0.0	4.2	1.33	50	0.0	55	969	
S08	04:00		629709	298	93.69	----	----	0	0.6	0.20	15	0.0	2.1	0.65	50	0.0	58	969	
S09	04:30		608031	330	100.36	----	----	0	0.6	0.20	15	0.0	3.4	1.02	50	0.0	58	969	
S10	05:00		615773	287	88.26	----	----	0	0.7	0.21	15	0.0	2.0	0.61	50	0.0	64	968	
S11	05:30		610622	21	6.53	----	----	0	0.6	0.20	15	0.0	2.7	0.83	50	0.0	54	969	
S12	06:00		627398	366 R	114.75	----	----	0	0.6	0.20	15	0.0	2.9	0.92	50	0.0	47	970	
S13	06:30		542811	462 R	125.42	----	----	0	0.7	0.18	15	0.0	2.4	0.66	50	0.0	56	968	
S14	07:00		637121	30	9.63	----	----	0	0.7	0.21	15	0.0	2.2	0.70	50	0.0	51	969	
S15	07:30		637347	3	0.80	----	----	0	0.6	0.21	15	0.0	2.4	0.77	50	0.0	44	970	
S16	08:00		642050	2	0.80	----	----	0	0.7	0.21	15	0.0	2.6	0.82	50	0.0	41	971	
S17	08:30		645743	4	1.29	----	----	0	0.6	0.20	15	0.0	3.1	1.01	50	0.0	39	971	
S18	09:00		656173	5	1.59	----	----	0	0.6	0.20	15	0.0	5.9	1.94	50	0.0	42	971	
S19	09:30		645426	132	42.52	----	----	0	0.6	0.20	15	0.0	4.2	1.37	50	0.0	47	970	
S20	10:00		657326	77	25.44	----	----	0	0.6	0.21	15	0.0	3.6	1.19	50	0.0	49	970	
S21	10:30		639224	236	75.47	----	----	0	0.6	0.20	15	0.0	4.0	1.29	50	0.0	53	970	
S22	11:00		651634	214	69.79	----	----	0	0.6	0.20	15	0.0	3.7	1.19	50	0.0	52	970	
S23	11:30		630185	54	17.10	----	----	0	0.6	0.18	15	0.0	4.3	1.34	50	0.0	52	970	
S24	12:00		643180	109	34.92	----	----	0	0.6	0.18	15	0.0	5.1	1.63	50	0.0	58	970	
S25	12:30		618972	219	67.77	----	----	0	0.5	0.17	15	0.0	6.2	1.92	50	0.0	61	969	
S26	13:00		637013	117	37.13	----	----	0	0.5	0.16	15	0.0	3.2	1.02	50	0.0	58	969	
S27	13:30		638883	174	55.47	----	----	0	0.5	0.15	15	0.0	4.2	1.35	50	0.0	59	969	
S28	14:00		644076	259	83.47	----	----	0	0.5	0.15	15	0.0	3.7	1.19	50	0.0	61	968	
S29	14:30		639569	59	18.80	----	----	0	0.4	0.14	15	0.0	5.2	1.68	50	0.0	57	969	
S30	15:00		623076	92	28.52	----	----	0	0.4	0.13	15	0.0	4.8	1.49	50	0.0	58	969	
S31	15:30		590557	138	40.75	----	----	0	0.4	0.13	15	0.0	6.2	1.82	50	0.0	61	968	
S32	16:00		638871	149	47.61	----	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.6	0.84	50	0.0	59	968	
S33	16:30		623213	183	56.89	----	----	0	0.3	0.11	15	0.0	3.0	0.94	50	0.0	56	969	
S34	17:00		644906	110	35.55	----	----	0	0.3	0.11	15	0.0	2.7	0.87	50	0.0	59	968	
S35	17:30		630789	146	46.03	----	----	0	0.3	0.10	15	0.0	2.4	0.75	50	0.0	57	969	
S36	18:00		618318	152	47.12	----	----	0	0.3	0.10	15	0.0	2.5	0.79	50	0.0	56	969	
S37	18:30		635817	47	14.88	----	----	0	0.3	0.11	15	0.0	2.7	0.87	50	0.0	53	970	
S38	19:00		720346	16	5.72	----	----	0	0.4	0.13	15	0.0	5.1	1.84	50	0.0	49	970	
S39	19:30		780534	19	7.55	----	----	0	0.4	0.16	15	0.0	3.5	1.36	50	0.0	45	971	
S40	20:00		783446	9	3.51	----	----	0	0.4	0.17	15	0.0	2.9	1.14	50	0.0	42	972	
S41	20:30		739055	2	0.70	----	----	0	0.5	0.17	15	0.0	2.9	1.06	50	0.0	40	972	
S42	21:00		719569	151	54.26	----	----	0	0.5	0.16	15	0.0	2.9	1.05	50	0.0	42	972	
S43	21:30		648922	66	21.26	----	----	0	0.5	0.15	15	0.0	3.0	0.99	50	0.0	48	971	
S44	22:00		671784	175	58.92	----	----	0	0.5	0.16	15	0.0	3.3	1.11	50	0.0	50	971	
S45	22:30		654838	140	45.77	----	----	0	0.5	0.17	15	0.0	4.0	1.30	50	0.0	50	971	
S46	23:00		653336	172	56.12	----	----	0	0.5	0.18	15	0.0	2.4	0.78	50	0.0	51	971	
S47	23:30		620802	40	12.41	----	----	0	0.6	0.17	15	0.0	3.1	0.96	50	0.0	47	972	
S48	24:00		683520	190	65.04	----	----	0	0.6	0.19	15	0.0	2.7	0.93	50	0.0	49	972	
DAV Average/ Sum				645731	161	2444.84	----	E	161	0.5	8.29	5	0.0	3.4	52.82	50	0.0	53	970
Availability in %				100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)				542811	2	0.70		0	0.3	0.10	15	0.0	1.9	0.60	50	0.0	39	968	
Time				06:30	20:30	20:30		00:30	18:00	18:00	00:30	00:30	02:30	02:30	00:30	00:30	08:30	05:00	
HAV Max (steady state)				783446	540	169.25		0	0.7	0.21	15	0.0	6.2	1.94	50	0.0	64	972	
Time				20:00	02:00	02:00		00:30	05:00	05:00	00:30	00:30	12:30	09:00	00:30	00:30	05:00	20:30	
Uncertainty mass (%)																			

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), *: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.